

Sprzęt kontrolno-pomiarowy – użytkowanie, kalibracja i legalizacja

W dzisiejszym biuletynie chcieliśmy zwrócić państwa uwagę na obchodzenie się ze sprzętem kontrolno-pomiarowym. Nasze audyty, wizyty jakościowe oraz raportowane wielokrotnie przez państwa niezgodności pokazują, że w tym obszarze istnieją elementy wymagające poprawy.

Pierwsza połowa tego roku pokazuje przykłady gdzie Dostawcy zgłaszali odchyłki na detalach, które powstały na skutek użycia nieodpowiedniego lub niesprawnego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Odchyłki były na tyle poważne, że detale te musiały zostać zabrakowane, co spowodowało u Dostawców znaczące straty finansowe.

Poniżej zamieszczamy najczęściej spotykane nieprawidłowości w użytkowaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego. Wystąpiły przypadki użycia sprzętu:

- nielegalizowanego,
- innego niż dedykowany do pomiaru
- rozkalibrowanego sprzętu elektronicznego (np.: suwmiarki)
- uszkodzonego
- nie objętego nadzorem okresowej kontroli

Przypominamy !

Każdy sprzęt, służący do kontrolowania charakterystyk, musi być nadzorowany i okresowo legalizowany.

Tylko sprawdzony i uznany za sprawny, sprzęt kontrolno-pomiarowy, może być używany w procesie kontroli detali i tylko taki, gwarantuje prawidłowość pomiarów.

Sprawdzony sprzęt powinien posiadać odpowiednie oznaczenie daty ważności.

Każdy użytkownik sprzętu kontrolno-pomiarowego, przed przystąpieniem do operacji kontrolnej, zobowiązany jest do sprawdzenia, czy sprzęt, którego ma zamiar użyć, posiada aktualne potwierdzenie legalizacji.

Stosujemy sprzęt kontrolny, którego działka elementarna jest 10-cio krotnie mniejsza od tolerancji wymiaru mierzonego.